



INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
tel.: +48 12 421 00 33 fax: +48 12 430 38 85
www.inig.pl office@inig.pl

JZDZ-GU-2300-35/2024

Kraków, 19-01-2024 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę analizatora całkowitego węgla organicznego w wersji stołowej wraz z wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawcę.

1. Proszę doprecyzować jaki rodzaj sondy (wymiary itd.) powinien znajdować się na końcu węża grzanego.

Odpowiedź: Na końcu węża grzewczego winna znajdować się rurka ze stali nierdzewnej o wymiarach: średnica zewnętrzna 6 mm, średnica wewnętrzna 3 mm, długość min. 250 mm.

2. Czy butle z gazami również mają wchodzić w zestaw pomiarowy?

Odpowiedź: Nie, butle z gazami są przedmiotem zapytania.

3. Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu dostawy z zaproponowanych przez Państwa w zapytaniu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia we wskazanym terminie. Jednak z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności Zamawiający wnosi o przedstawienie oferty z terminem dostawy możliwym do realizacji przez Wykonawcę.

Główny Specjalista
Ekonomiczny
z up. *Junek*
mgr inż. Elżbieta Turek